

Anti - Thyroglobulin

Kráľičia klonálna protilátka

KATALÓGOVÉ ČÍSLO

KONCENTROVANÁ

DB 259-0.1	(100 µl)
DB 259-0.2	(200 µl)
DB 259-0.5	(500 µl)
DB 259-1	(1 ml)

PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE (RTU)

DB 259-RTU-7	(7 ml)
DB 259-RTU-15	(15 ml)

SKLADOVANIE A APLIKÁCIA

KONCENTROVANÁ

Skladovanie: +4°C
Aplikácia: IHC-P,
 riedenie 1:100

PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE (RTU)

Skladovanie: +4°C, nezmrazujte!
Aplikácia: IHC-P,
 pripravená na použitie

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Klon: E23-Y
Pufor: 20 mM Tris-HCl, pH 8.0
Stabilizátor 20 mg/ml BSA
Konzervačná látka: 0.05% Na₂S

Špecifická: ľudský antigén
Expirácia: 24 mesiacov odo dňa odoslania
Imunogén: Peptid derivovaný z C-koncovej sekvencie ľudského thyroglobulínu. Protilátka rozpoznáva epitop umiestnený medzi Leu2745 – Lys2764.


Bunková lokalizácia: cytoplazma tyreocytov, lúmen folikulov štítnej žľazy
Positívna kontrola: tkanivo štítnej žľazy
Uniprot číslo: P01266

VENTANA PROTOKOL – NÁVOD NA POUŽITIE


ODPORUČANÝ APLIKAČNÝ PROTOKOL PRE VENTANA BENCHMARK SLIDE STAINING SYSTEM

- Sušenie (Enter).
- Zahriať sklička (72°C), inkubovať po dobu 4 min. Sušenie.
- Odparafinovanie (Enter).
- Ohriať sklička (72°C) zo strednej teploty. Odparafinovanie.
- Predĺžené odparafinovanie (Enter).
- Kondicionovanie buniek (Enter).
- ULTRA kondicionér #1 (Enter).
- Zahriať sklička (95°C), inkubovať po dobu 8 min. (Kondicionér buniek #1; pufor CC1).
- ULTRA CC1 – 36 min. (Enter).
- Titrácia (Enter).
- Ručná aplikácia primárnej protilátky a inkubácia po dobu 36 min.
- Jadrové farbenie (Enter).
- Aplikovať jednu kvapku Hematoxylin (jadrové farbenie). Zakryť a inkubovať po dobu 8 min.
- Po jadrovom farbení (Enter).
- Aplikovať jednu kvapku Bluing reagent (po jadrovom farbení). Zakryť a inkubovať po dobu 4 min.

A



B



Positívna vo folikulárných bunkách štítnej žľazy detekovaná pomocou monošpecifickej protilátky Anti - Thyroglobulin (DB259) podľa korešpondujúceho protokolu DB Biotech pre Ventana BenchMark (A) a Leica Bond-Max (B). Tkanivo metastázy štítnej žľazy fixované vo formalíne a zaliate v parafíne (4 µm hrubý rez).

LEICA BOND MAX PROTOKOL – NÁVOD NA POUŽITIE

ODPORUČANÝ APLIKAČNÝ PROTOKOL PRE LEICA BOND MAX SLIDE STAINING SYSTEM

Protokol F:

- Inkubácia primárnej protilátky / teplota: 30 min. / 20°C
- Epitope retrieval / čas nahrievania / teplota: ER2 / 10 min. / 100°C
- Vizualizačný systém: BOND Refine DS9800

UPOZORNENIA

- Pre riedenie koncentrovaných protilátok doporučujeme použiť DB Riediaci roztok primárnej protilátky (katalógové čísla DB D-125, alebo DB D-250), alebo jeho ekvivalent s minimálnym obsahom "protease free BSA" ≥ 1mg/ml. V opačnom prípade nemusí dôjsť k uznaní reklamácie.
- Pred otvorením skúmavku scentrifugovať.
- Reagencia je určená pre profesionálnu In Vitro diagnostiku v laboratóriách.
- Nepoužívajte reagentiu po uplynutí doby použiteľnosti.
- Chráňte obsah fľaštičky pred kontamináciou.
- Akákoľvek odchýlka od odporúčaných postupov uvedených v pracovnom protokole môže mať vplyv na konečné výsledky.
- Reagencia obsahuje azid sodný (Na₂S), ktorý je toxický pri vyšších koncentráciách, avšak koncentrácia prítomná v tejto reagentii (0.05%) nie je považovaná za nebezpečnú.
- Likvidácia odpadového materiálu sa musí vykonať podľa platných miestnych predpisov.
- Používajte pri práci ochranné prostriedky a vyvarujte sa kontaktu s očami a pokožkou.